

Tummor Marker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸ Cobas 6000 : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱۹۵	۵,۹۳۳	۹۶,۴۰۱	۱۰۲,۳۳۴	۱۰۸,۲۶۷	۱۱۴,۲	۱۲۰,۱۳۳	۱۲۶,۰۶۶	۱۳۱,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶

CV%: 4.413	SD: 5.082	Mean: 115.143
------------	-----------	---------------



Tumor Marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶	۱,۶۶۷	۱۸,۶۹۹	۲۰,۳۶۶	۲۲,۰۳۳	۲۳,۷	۲۵,۳۶۷	۲۷,۰۳۴	۲۸,۷۰۱

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۲۱,۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

CV%: 6.825	SD: 1.56	Mean: 22.855
------------	----------	--------------

