

عنوان آزمایش : CA 19-9  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۷۶۷۸۹۷  
عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumor marker I  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۰۲۷	۱,۳۴	۱۸,۲۱	۱۹,۵۵	۲۰,۸۹	۲۲,۲۳	۲۳,۵۷	۲۴,۹۱	۲۶,۲۵

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۲۱,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۲۳,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰

CV%: 6.111	SD: 1.361	Mean: 22.274
------------	-----------	--------------



عنوان آزمایش : CA 19-9  
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
 عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumor marker I  
 شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹  
 سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۶	۲,۱	۱۷	۱۹,۱	۲۱,۲	۲۳,۳	۲۵,۴	۲۷,۵	۲۹,۶

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

CV%: 4.031	SD: 0.957	Mean: 23.75
------------	-----------	-------------

