

Premium I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

CEA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۲۲۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۸۵	۰,۰۴۶	۳,۴۶۸	۳,۵۱۴	۳,۵۶	۳,۶۰۶	۳,۶۵۲	۳,۶۹۸	۳,۷۴۴

مقدار	تاریخ
۳,۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۳,۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۳,۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۳,۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۳,۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۳,۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۳,۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۳,۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۳,۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۳,۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۳,۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۳,۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۳,۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۳,۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۳,۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۳,۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۳,۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۳,۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 0.777	SD: 0.028	Mean: 3.606
------------	-----------	-------------

