

Premium I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

CEA : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : EC۲۲۲۹

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۸۳۳	۰,۰۳	۳,۵۱۵	۳,۵۴۵	۳,۵۷۵	۳,۶۰۵	۳,۶۳۵	۳,۶۶۵	۳,۶۹۵

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۳,۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۳,۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۳,۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۳,۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۳,۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۳,۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۳,۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۳,۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۳,۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۳,۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۳,۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۳,۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۳,۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۳,۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۳,۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲

CV%: 0.439	SD: 0.016	Mean: 3.6
------------	-----------	-----------

