

Normal - PTS : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

CPK MB : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN125..

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۴۷	۰,۵۶۷	۲۹,۸۹۹	۳۰,۴۶۶	۳۱,۰۳۳	۳۱,۶	۳۲,۱۶۷	۳۲,۷۳۴	۳۳,۳۰۱

مقدار	تاریخ
۳۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۳۰,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۳۰,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۳۱,۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۳۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۳۱,۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶
۳۲,۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۳۱,۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۱,۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۳۲,۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۳۲,۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۳۱,۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۳۱,۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

CV%: 1.556	SD: 0.492	Mean: 31.626
------------	-----------	--------------

