

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۲۲	۲۴۳	۲۶۵	۲۸۷	۳۰۹	۳۳۱	۳۵۳	۳۷۵

مقدار	تاریخ
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۲
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 3.444	SD: 10.406	Mean: 302.167
------------	------------	---------------

