

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۴۴۴	۱۰,۴۰۶	۲۷۰,۹۴۹	۲۸۱,۳۵۵	۲۹۱,۷۶۱	۳۰۲,۱۶۷	۳۱۲,۵۷۳	۳۲۲,۹۷۹	۳۳۳,۳۸۵

مقدار	تاریخ
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 2.451	SD: 7.451	Mean: 304.036
------------	-----------	---------------

