

عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (Ca Ionized)
عنوان دستگاه : مدیکا ۳
سری ساخت : ۲۴۳۱۶

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۹۶	۰,۰۰۷	۰,۷۲۷	۰,۷۳۴	۰,۷۴۱	۰,۷۴۸	۰,۷۵۵	۰,۷۶۲	۰,۷۶۹

مقدار	تاریخ
۰,۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۰,۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۰,۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۰,۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۰,۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۰,۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۰,۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۰,۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۰,۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۰,۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۰,۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۰,۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۰,۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۰,۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۰,۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶

CV%: 1.159	SD: 0.009	Mean: 0.744
------------	-----------	-------------

