

عنوان آزمایش : Ca (Ionized)      عنوان کنترل : کنترل نرمال  
عنوان دستگاه : مدیکا ۳      سری ساخت : ۲۴۳۱۶      شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۳۲	۰,۰۱۷	۱,۰۹۹	۱,۱۱۶	۱,۱۳۳	۱,۱۵	۱,۱۶۷	۱,۱۸۴	۱,۲۰۱

مقدار	تاریخ
۱,۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱,۱۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۱,۱۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱,۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۱,۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۱,۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۱,۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۱,۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱,۱۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱,۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱,۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶
۱,۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷

مقدار	تاریخ
۱,۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱,۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱,۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱,۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱,۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱,۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱,۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

CV%: 1.353	SD: 0.016	Mean: 1.145
------------	-----------	-------------

