

RTI TEB I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

عنوان آزمایش : (Ca (Ionized
مدیکا :
عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC09340

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۰۳۳	۱,۲۵۱	۱,۲۸۴	۱,۳۱۷	۱,۳۵	۱,۳۸۳	۱,۴۱۶	۱,۴۴۹

مقدار	تاریخ
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۱,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱,۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱,۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱,۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱,۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱,۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱,۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱,۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱,۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱,۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۱,۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱,۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰

CV%: 1.475	SD: 0.02	Mean: 1.334
------------	----------	-------------

