

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Calcium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۵	۹,۸	۱۰,۳	۱۰,۸	۱۱,۳	۱۱,۸	۱۲,۳	۱۲,۸

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۰,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۱۱,۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۲,۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۲,۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۲,۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۱۱,۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۱۲,۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۱,۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

CV%: 2.727	SD: 0.319	Mean: 11.71
------------	-----------	-------------

