

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Calcium : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۰,۵	۹,۸	۱۰,۳	۱۰,۸	۱۱,۳	۱۱,۸	۱۲,۳	۱۲,۸

مقدار	تاریخ
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۱۱,۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۲,۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۱,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶
۱۱,۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۱,۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۱,۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۱,۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۰,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 2.394	SD: 0.279	Mean: 11.647
------------	-----------	--------------

