

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Calcium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۹۴	۰,۲۷۹	۱۰,۸۱	۱۱,۰۸۹	۱۱,۳۶۸	۱۱,۶۴۷	۱۱,۹۲۶	۱۲,۲۰۵	۱۲,۴۸۴

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۱,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۱,۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۲,۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۱۲,۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۱۱,۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۱,۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۱,۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۱,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱۱,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 1.539	SD: 0.182	Mean: 11.796
------------	-----------	--------------

