

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Carbamazepin : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : ---

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۶۹	۰,۲۸۷	۱۸,۶۹۸	۱۸,۹۸۵	۱۹,۲۷۲	۱۹,۵۵۹	۱۹,۸۴۶	۲۰,۱۳۳	۲۰,۴۲

مقدار	تاریخ
۱۹,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱۹,۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۹,۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۱۹,۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۱۹,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۹,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۹,۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۹,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۹,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱۹,۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۹,۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۹,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۹,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۱۹,۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۱۹,۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۱۹,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۹,۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 1.055	SD: 0.206	Mean: 19.559
------------	-----------	--------------

