

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ---

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۰۸	۰,۳۵۵	۱۸,۵۳۴	۱۸,۸۸۹	۱۹,۲۴۵	۱۹,۶	۱۹,۹۵۵	۲۰,۳۱۱	۲۰,۶۶۶

مقدار	تاریخ
۱۸,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۱۹,۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱۹,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۸,۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۱۹,۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱۹,۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۹,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱۹,۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۹,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۹,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۹,۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۹,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۹,۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

CV%: 1.951	SD: 0.379	Mean: 19.42
------------	-----------	-------------

