

RTI TEB I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

Chloride : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC09340

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۱,۶۶۷	۱۱۹,۹۹۹	۱۲۱,۶۶۶	۱۲۳,۳۳۳	۱۲۵	۱۲۶,۶۶۷	۱۲۸,۳۳۴	۱۳۰,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۲۲,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۱۲۳,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۲۳,۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱۲۳,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۲۴,۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۲۱,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱۲۴,۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱۲۵,۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱۲۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۲۲,۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱۲۷,۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۲۴,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۲۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۲۶,۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۲۶,۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۲۶,۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۲۵,۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱۲۶,۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۲۵,۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰

CV%: 1.119	SD: 1.395	Mean: 124.639
------------	-----------	---------------

