

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP224


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۱۲	۷,۳۷۸	۱۵۸,۷۵	۱۶۶,۱۲۸	۱۷۳,۵۰۶	۱۸۰,۸۸۴	۱۸۸,۲۶۲	۱۹۵,۶۴	۲۰۳,۰۱۸

مقدار	تاریخ
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶

CV%: 6.019	SD: 10.834	Mean: 180
------------	------------	-----------



Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۴,۶۶۷	۸۵,۹۹۹	۹۰,۶۶۶	۹۵,۳۳۳	۱۰۰	۱۰۴,۶۶۷	۱۰۹,۳۳۴	۱۱۴,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶

مقدار	تاریخ
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱

CV%: 3.075	SD: 3.062	Mean: 99.6
------------	-----------	------------

