

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۵۷۸ | ۵,۵۹۸ | ۲۰۰,۳۰۶ | ۲۰۵,۹۰۴ | ۲۱۱,۵۰۲ | ۲۱۷,۱ | ۲۲۲,۶۹۸ | ۲۲۸,۲۹۶ | ۲۳۳,۸۹۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 1.514 | SD: 3.337 | Mean: 220.393 |
|------------|-----------|---------------|

