

عنوان کنترل : Multi I
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

عنوان آزمایش : Cholinesterase
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۵۵۶ | ۱۴۷,۷۷۵ | ۵۳۳۹,۰۰۸ | ۵۴۸۶,۷۸۳ | ۵۶۳۴,۵۵۸ | ۵۷۸۲,۳۳۳ | ۵۹۳۰,۱۰۸ | ۶۰۷۷,۸۸۳ | ۶۲۲۵,۶۵۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۹۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
| ۵۹۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
| ۵۶۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
| ۵۶۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
| ۵۷۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
| ۵۹۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۹۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| ۵۷۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
| ۵۷۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
| ۵۶۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
| ۵۷۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
| ۵۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
| ۵۸۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۶۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
| ۵۸۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
| ۵۶۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
| ۵۷۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
| ۵۸۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
| ۵۷۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
| ۵۶۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| CV%: 1.865 | SD: 107.262 | Mean: 5752.85 |
|------------|-------------|---------------|

