

Multi I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱


Cholinesterase : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۱	۳۶۰	۵۰۰۰	۵۳۶۰	۵۷۲۰	۶۰۸۰	۶۴۴۰	۶۸۰۰	۷۱۶۰

مقدار	تاریخ
۵۴۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۶۴۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۵۶۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۶۴۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴

CV%: 8.61	SD: 514.676	Mean: 5977.5
-----------	-------------	--------------



Multi I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

Cholinesterase : عنوان آزمایش :  
Integra 400 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۴۲۹	۲۰۱,۴۹۹	۵۲۷۱,۲۷	۵۴۷۲,۷۶۹	۵۶۷۴,۲۶۸	۵۸۷۵,۷۶۷	۶۰۷۷,۲۶۶	۶۲۷۸,۷۶۵	۶۴۸۰,۲۶۴

مقدار	تاریخ
۵۷۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۹۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷

CV%: 2.165	SD: 125.865	Mean: 5813
------------	-------------	------------

