

عنوان کنترل : Multi I  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

عنوان آزمایش : Cholinesterase  
عنوان دستگاه : Integra 400

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴	۳۶۰	۵۰۰۰	۵۳۶۰	۵۷۲۰	۶۰۸۰	۶۴۴۰	۶۸۰۰	۷۱۶۰

مقدار	تاریخ
۶۴۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۵۹۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۶۰۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۵۸۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۶۱۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۶۴۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۰۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۶۱۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۶۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۶۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۶۱۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۶۰۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۶۱۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۵۸۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۶۰۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۶۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۶۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۶۴۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۶۳۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۶۲۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳

CV%: 2.979	SD: 183.662	Mean: 6165.45
------------	-------------	---------------

