

عنوان کنترل : perci con-1  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

سری ساخت : ۶۶۳۴۰۸

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA  
عنوان دستگاه : e411

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۲۹۸	۳,۰۹۷	۸۴,۶۲۳	۸۷,۷۲	۹۰,۸۱۷	۹۳,۹۱۴	۹۷,۰۱۱	۱۰۰,۱۰۸	۱۰۳,۲۰۵

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 2.352	SD: 2.222	Mean: 94.462
------------	-----------	--------------

