

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA  
عنوان دستگاه : e411  
سری ساخت : ۶۶۳۴۰۸  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱  
عنوان کنترل : perci con-2

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۲	۳۱,۶۶۷	۲۲۱,۹۹۹	۲۵۳,۶۶۶	۲۸۵,۳۳۳	۳۱۷	۳۴۸,۶۶۷	۳۸۰,۳۳۴	۴۱۲,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸

مقدار	تاریخ
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

CV%: 9.415	SD: 29.703	Mean: 315.5
------------	------------	-------------

