

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA
عنوان دستگاه : e411
سری ساخت : ۶۶۳۴۰۸
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
عنوان کنترل : perci con-2

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۱۸۲	۱۹,۷۷۴	۲۶۰,۵۴۵	۲۸۰,۳۱۹	۳۰۰,۰۹۳	۳۱۹,۸۶۷	۳۳۹,۶۴۱	۳۵۹,۴۱۵	۳۷۹,۱۸۹

مقدار	تاریخ
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱

CV%: 5.159	SD: 16.958	Mean: 328.714
------------	------------	---------------

