

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سری ساخت : GP224

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۴۳۲	۰,۰۴	۱,۸	۱,۸۴	۱,۸۸	۱,۹۲	۱,۹۶	۲	۲,۰۴

مقدار	تاریخ
۱,۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱,۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۱,۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱,۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۱,۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۱,۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶

مقدار	تاریخ
۱,۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱,۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱,۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۱,۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲

CV%: 0.818	SD: 0.016	Mean: 1.951
------------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

سری ساخت : GP325

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۰,۱۸۳	۱,۰۳۱	۱,۲۱۴	۱,۳۹۷	۱,۵۸	۱,۷۶۳	۱,۹۴۶	۲,۱۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱,۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱,۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱,۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹
۱,۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۱,۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱,۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۱,۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱,۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱,۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲
۱,۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱,۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱,۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵

مقدار	تاریخ
۱,۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱,۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۱,۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۱,۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱,۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۱,۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۱,۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷

CV%: 4.344	SD: 0.071	Mean: 1.631
------------	-----------	-------------



22