

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

سری ساخت : GP325

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :

| %CV   | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵,۶۸۲ | ۰,۰۹۲ | ۱,۳۴۲             | ۱,۴۳۴             | ۱,۵۲۶             | ۱,۶۱۸ | ۱,۷۱            | ۱,۸۰۲           | ۱,۸۹۴           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱,۷   | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
| ۱,۵۸  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
| ۱,۵۳  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
| ۱,۵۶  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
| ۱,۵۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
| ۱,۵۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
| ۱,۶۸  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱,۵۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
| ۱,۵   | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
| ۱,۵۵  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
| ۱,۵۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
| ۱,۵۱  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
| ۱,۵۱  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
| ۱,۵۳  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
| ۱,۵۵  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
| ۱,۵۶  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
| ۱,۶۷  | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱,۵۳  | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
| ۱,۵۵  | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
| ۱,۵۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
| ۱,۷   | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
| ۱,۵۲  | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
| ۱,۵۶  | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
| ۱,۵۴  | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
| ۱,۷۱  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
| ۱,۵۵  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| ۱,۶۹  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| CV%: 4.412 | SD: 0.069 | Mean: 1.57 |
|------------|-----------|------------|

