

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ..


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۲	۲,۸۶۷	۲۱۵,۷۹۹	۲۱۸,۶۶۶	۲۲۱,۵۳۳	۲۲۴,۴	۲۲۷,۲۶۷	۲۳۰,۱۳۴	۲۳۳,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳

مقدار	تاریخ
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶

CV%: 0.878	SD: 1.965	Mean: 223.882
------------	-----------	---------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۴/۰۷/۱۹:

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۰	۱۲,۳۳۳	۲۱۲,۰۰۱	۲۲۴,۳۳۴	۲۳۶,۶۶۷	۲۴۹	۲۶۱,۳۳۳	۲۷۳,۶۶۶	۲۸۵,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴

مقدار	تاریخ
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

CV%: 3.5	SD: 8.468	Mean: 241.944
----------	-----------	---------------

