

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

سری ساخت : GN225

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :  
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۵,۳۳۳	۸۸,۰۰۱	۹۳,۳۳۴	۹۸,۶۶۷	۱۰۴	۱۰۹,۳۳۳	۱۱۴,۶۶۶	۱۱۹,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 2.258	SD: 2.369	Mean: 104.88
------------	-----------	--------------

