

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

سری ساخت : GN225

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۸	۱,۶۳۴	۹۸,۵۶۵	۱۰۰,۱۹۹	۱۰۱,۸۳۳	۱۰۳,۴۶۷	۱۰۵,۱۰۱	۱۰۶,۷۳۵	۱۰۸,۳۶۹

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 1.244	SD: 1.289	Mean: 103.571
------------	-----------	---------------

