

عنوان کنترل : abbot-I
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۷۹۰۴۲۳۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷	۰,۰۸۸	۰,۱۰۱	۰,۱۸۹	۰,۲۷۷	۰,۳۶۵	۰,۴۵۳	۰,۵۴۱	۰,۶۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۰,۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۰,۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۰,۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۰,۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۰,۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۰,۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۰,۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۰,۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۰,۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۰,۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۰,۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۰,۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰,۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۰,۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۰,۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۰,۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۰,۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۰,۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۰,۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۰,۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۰,۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۰,۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲

CV%: 13.425	SD: 0.049	Mean: 0.367
-------------	-----------	-------------

