

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

Gamma GT : عنوان آزمایش :  
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۲,۶۶۷	۳۴,۹۹۹	۳۷,۶۶۶	۴۰,۳۳۳	۴۳	۴۵,۶۶۷	۴۸,۳۳۴	۵۱,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

CV%: 2.398	SD: 1.041	Mean: 43.4
------------	-----------	------------

