

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Gamma GT : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۲۸۲	۱۳,۲۰۵	۱۴۱,۷۱۸	۱۵۴,۹۲۳	۱۶۸,۱۲۸	۱۸۱,۳۳۳	۱۹۴,۵۳۸	۲۰۷,۷۴۳	۲۲۰,۹۴۸

مقدار	تاریخ
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۱۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 4.465	SD: 8.235	Mean: 184.429
------------	-----------	---------------

