

Perci Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

(HAV Ab (IgM : عنوان آزمایش :
Cobas : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۱۹۷۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۲۶۷	۰,۰۱۷	۰,۲۲۱	۰,۲۳۸	۰,۲۵۵	۰,۲۷۲	۰,۲۸۹	۰,۳۰۶	۰,۳۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۰,۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۰,۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۰,۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۰,۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶

CV%: 7.491	SD: 0.021	Mean: 0.28
------------	-----------	------------

