

Perci Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

سری ساخت: ۶۸۷۱۸۰
عنوان آزمایش: (HAV Ab(Total
عنوان دستگاه: Cobas E411

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۳۵۸	۰,۰۰۵	۱,۲۵۹	۱,۲۶۴	۱,۲۶۹	۱,۲۷۴	۱,۲۷۹	۱,۲۸۴	۱,۲۸۹

مقدار	تاریخ
۱,۲۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱,۲۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۱,۲۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۱,۲۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶

مقدار	تاریخ
۱,۲۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱,۲۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸

CV%: 0.236	SD: 0.003	Mean: 1.275
------------	-----------	-------------

