

عنوان آزمایش : (HAV Ab(Total
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۶۰۰۰۴۰۰
عنوان کنترل : Diasorin
شروع کنترل : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۸	۰,۰۷	۰,۱۷۵	۰,۲۴۵	۰,۳۱۵	۰,۳۸۵	۰,۴۵۵	۰,۵۲۵	۰,۵۹۵

مقدار	تاریخ
۰,۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۰,۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۰,۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸

CV%: 12.83	SD: 0.052	Mean: 0.405
------------	-----------	-------------

