

Diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

سری ساخت : ۶۰۰۰۴۰۰
عنوان آزمایش : (HAV Ab(Total
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱,۸۳۴	۰,۰۴۷	۰,۲۵۸	۰,۳۰۵	۰,۳۵۲	۰,۳۹۹	۰,۴۴۶	۰,۴۹۳	۰,۵۴

مقدار	تاریخ
۰,۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۰,۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۰,۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۰,۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۰,۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۰,۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۰,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۰,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۰,۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰,۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹

CV%: 14.88	SD: 0.058	Mean: 0.388
------------	-----------	-------------

