

عنوان کنترل : perci con  
شروع کنترول : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

عنوان آزمایش : (HBcAb (IgM  
عنوان دستگاه : e411  
سری ساخت : ۶۰۸۸۲۱,۱


| %CV | SD    | SD <sup>۳-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-----|-------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۰   | ۰,۲۷۵ | ۲,۲۶۴            | ۲,۵۳۹            | ۲,۸۱۵            | ۳,۰۹ | ۳,۳۶۵           | ۳,۶۴۱           | ۳,۹۱۶           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳     | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳,۱۵  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
| ۳,۳۶  | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲,۸۶  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
| ۳,۲۹  | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 6.557 | SD: 0.205 | Mean: 3.132 |
|------------|-----------|-------------|



Immulite Low : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۵

سری ساخت : LMCC2034  
Siemens : عنوان آزمایش : (HBcAb (IgM  
عنوان دستگاه :

| %CV | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۰   | ۱,۱۳۳ | ۹,۶۰۱             | ۱۰,۷۳۴            | ۱۱,۸۶۷            | ۱۳   | ۱۴,۱۳۳          | ۱۵,۲۶۶          | ۱۶,۳۹۹          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۳,۴  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
| ۱۲,۴  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۳,۱  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
| ۱۴,۵  | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 6.544 | SD: 0.874 | Mean: 13.35 |
|------------|-----------|-------------|

