

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

عنوان آزمایش : HBsAb  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
سری ساخت : T17/7۱۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۸	۲,۰۴۵	۴۶,۲۶۶	۴۸,۳۱۱	۵۰,۳۵۵	۵۲,۴	۵۴,۴۴۵	۵۶,۴۸۹	۵۸,۵۳۴

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۵۱,۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۵۲,۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۵۰,۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۴,۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۵۰,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۲
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۵۰,۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۵۲,۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۵۲,۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۴,۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۵۰,۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۵۳,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۵۲,۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۵۰,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

CV%: 2.705	SD: 1.42	Mean: 52.479
------------	----------	--------------

