

Diasorin - Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

(HBsAg (Q : عنوان آزمایش :
Liason : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۸۰۵۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۹۹	۰,۹۳۲	۷,۵۷۴	۸,۵۰۶	۹,۴۳۸	۱۰,۳۷	۱۱,۳۰۲	۱۲,۲۳۴	۱۳,۱۶۶

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۱۰,۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۹,۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۱۱,۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۹,۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۱۰,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۹,۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۱۰,۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۱۱,۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۱۰,۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۹,۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۹,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲

CV%: 6.248	SD: 0.65	Mean: 10.4
------------	----------	------------

