

Diasorin - Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

(HBsAg (Q : عنوان آزمایش :
Liason : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۸۰۵۰۱


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۵	۱,۹۶۷	۴,۱۹۹	۶,۱۶۶	۸,۱۳۳	۱۰,۱	۱۲,۰۶۷	۱۴,۰۳۴	۱۶,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۸,۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۹,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۸,۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷

مقدار	تاریخ
۸,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۷,۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴

CV%: 15.104	SD: 1.385	Mean: 9.171
-------------	-----------	-------------



ROCHE I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۲۲	۲,۶۵	۲,۸۷	۳,۰۹	۳,۳۱	۳,۵۳	۳,۷۵	۳,۹۷

مقدار	تاریخ
۳,۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲

مقدار	تاریخ
۳,۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱

مقدار	تاریخ
۳,۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

CV%: 2.422	SD: 0.081	Mean: 3.363
------------	-----------	-------------

