

Cut Of : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

(HBsAg (Q : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : C6T813

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۴,۸۸۸	۰,۷۱	۲,۶۳۶	۳,۳۴۶	۴,۰۵۶	۴,۷۶۶	۵,۴۷۶	۶,۱۸۶	۶,۸۹۶

مقدار	تاریخ
۴,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۴,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۴,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۵,۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۴,۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۴,۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵

مقدار	تاریخ
۵,۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۴,۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۵,۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۴,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

CV%: 8.865	SD: 0.424	Mean: 4.78
------------	-----------	------------

