

perci con hcv : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :  
Cobas E411 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۹۹۶	۰,۰۳۸	۳,۷۳	۳,۷۶۸	۳,۸۰۶	۳,۸۴۴	۳,۸۸۲	۳,۹۲	۳,۹۵۸

مقدار	تاریخ
۳,۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۳,۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۳,۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۳,۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۳,۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷
۳,۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۳,۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۳,۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۳,۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۳,۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۳,۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۳,۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۳,۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۳,۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۳,۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۳,۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۳,۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۳,۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۳,۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۳,۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶
۳,۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۳,۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۳,۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۳,۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰

CV%: 0.714	SD: 0.027	Mean: 3.845
------------	-----------	-------------

