

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۷۲۸	۰,۳۵	۲,۵۴۷	۲,۸۹۷	۳,۲۴۷	۳,۵۹۷	۳,۹۴۷	۴,۲۹۷	۴,۶۴۷

مقدار	تاریخ
۳,۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۳,۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۳,۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۳,۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۳,۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۳,۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۳,۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۳,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۳,۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۳,۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۳,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۳,۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۳,۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۳,۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۳,۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۳,۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۳,۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۳,۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۳,۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۳,۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱

CV%: 7.241	SD: 0.259	Mean: 3.583
------------	-----------	-------------

