

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سری ساخت : GP224

HDL cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۰۱۴	۱,۳۵۸	۶۳,۵۷	۶۴,۹۲۸	۶۶,۲۸۶	۶۷,۶۴۴	۶۹,۰۰۲	۷۰,۳۶	۷۱,۷۱۸

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶

CV%: 3.013	SD: 2.035	Mean: 67.529
------------	-----------	--------------



Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

HDL cholesterol : عنوان آزمایش :  
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۲,۶۶۷	۱۸,۹۹۹	۲۱,۶۶۶	۲۴,۳۳۳	۲۷	۲۹,۶۶۷	۳۲,۳۳۴	۳۵,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱

CV%: 2.982	SD: 0.85	Mean: 28.5
------------	----------	------------

