

ROCHE I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۱۱/۲۰


عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۷۶۹۸۸۶

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۵۵۳ | ۰,۷۱۶ | ۴۳,۹۳۹ | ۴۴,۶۵۵ | ۴۵,۳۷۱ | ۴۶,۰۸۷ | ۴۶,۸۰۳ | ۴۷,۵۱۹ | ۴۸,۲۳۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۶,۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۶,۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
| ۴۵,۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |

| | | |
|------------|-----------|------------|
| CV%: 1.252 | SD: 0.577 | Mean: 46.1 |
|------------|-----------|------------|



ROCHE II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

HE4 (CLIA : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۷۶۹۸۸۵ : عنوان دستگاه : کوباس E411

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴,۲۰۷ | ۱۴,۵۷۱ | ۳۰۲,۶۲۷ | ۳۱۷,۱۹۸ | ۳۳۱,۷۶۹ | ۳۴۶,۳۴ | ۳۶۰,۹۱۱ | ۳۷۵,۴۸۲ | ۳۹۰,۰۵۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |

| | | |
|------------|------------|---------------|
| CV%: 3.083 | SD: 10.809 | Mean: 350.625 |
|------------|------------|---------------|

