

ROCHE II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA  
عنوان دستگاه : کوباس E411  
سری ساخت : ۷۶۹۸۸۵

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۸۷۴	۱۳,۴۰۹	۳۰۵,۹۴	۳۱۹,۳۴۹	۳۳۲,۷۵۸	۳۴۶,۱۶۷	۳۵۹,۵۷۶	۳۷۲,۹۸۵	۳۸۶,۳۹۴

مقدار	تاریخ
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲

CV%: 2.851	SD: 9.849	Mean: 345.5
------------	-----------	-------------

