

PERCI CON : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

HBeAg : عنوان آزمایش :
ROCHE : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۰۸۷۲۳۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۵۰۳	۰,۰۳۹	۷,۷۰۱	۷,۷۴	۷,۷۷۹	۷,۸۱۸	۷,۸۵۷	۷,۸۹۶	۷,۹۳۵

مقدار	تاریخ
۷,۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۷,۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۷,۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۷,۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶

مقدار	تاریخ
۷,۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۷,۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۷,۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹

CV%: 0.471	SD: 0.037	Mean: 7.823
------------	-----------	-------------

