

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

IRON : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۶,۶۶۷	۹۴,۹۹۹	۱۰۱,۶۶۶	۱۰۸,۳۳۳	۱۱۵	۱۲۱,۶۶۷	۱۲۸,۳۳۴	۱۳۵,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲

CV%: 4.375	SD: 5.211	Mean: 119.125
------------	-----------	---------------

