

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

IRON : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۵۸	۹,۵۲۲	۱۷۵,۸۳۴	۱۸۵,۳۵۶	۱۹۴,۸۷۸	۲۰۴,۴	۲۱۳,۹۲۲	۲۲۳,۴۴۴	۲۳۲,۹۶۶

مقدار	تاریخ
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۵
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۰
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۹
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲

CV%: 2.406	SD: 4.879	Mean: 202.786
------------	-----------	---------------

