

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

LDH : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN125..


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۹۹	۶,۳۶۷	۳۳۵,۱۹۹	۳۴۱,۵۶۶	۳۴۷,۹۳۳	۳۵۴,۳	۳۶۰,۶۶۷	۳۶۷,۰۳۴	۳۷۳,۴۰۱

مقدار	تاریخ
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴

CV%: 2.858	SD: 10.051	Mean: 351.632
------------	------------	---------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

LDH : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN225

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۲۰,۳۳۳	۲۷۵,۰۰۱	۲۹۵,۳۳۴	۳۱۵,۶۶۷	۳۳۶	۳۵۶,۳۳۳	۳۷۶,۶۶۶	۳۹۶,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۷
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰

مقدار	تاریخ
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۳
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶

مقدار	تاریخ
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۱

CV%: 3.75	SD: 12.903	Mean: 344.091
-----------	------------	---------------

